

# REFERENZBLÖCKE



Planparallele Prüfkörper aus Referenzelastomeren in unterschiedlichen Härten zur Überprüfung der Eindringkörper und des Messweges Ihres Härtemessgeräts.



Zwischen den notwendigen Kalibrierintervallen stellen Sie mithilfe der Referenzblöcke die Messfähigkeit des Härteprüfgerätes sicher. Eine Vergleichsmessung an einem der kalibrierten Elastomerprüfkörper gibt Aufschluss über den Zustand des Eindringkörpers und den Messweg des Härteprüfers. Zeigt das Prüfgerät bei der Referenzmessung die korrekte Härte des Referenzelastomers an, so arbeitet es weiterhin zuverlässig.

Die planparallelen, mit Metall eingefassten Probekörper liegen für korrekte Messungen eben auf der Prüfunterlage auf. Sie sind für alle Bareiss Messgeräte in unterschiedlichen Härtegraden nach Shore, Asker, IRHD, Barcol oder Werksnorm verfügbar. Sämtliche Referenzblöcke werden von uns kalibriert und können mit entsprechender Rekalibrierung bis zu 60 Mal eingesetzt werden.


## MESSMETHODEN

Shore A	Asker C
Shore AO	Asker CS
Shore AM	Asker F
Shore D	L, L/c
Shore O	IRHD M
Shore OO	IRHD L
Shore 000	IRHD H
Shore 000S	VLRH
Shore E	Barcol
Shore B	Pusey & Jones
Shore C	0-20 N
Shore D0	0-2 N
Shore M	Kfz Interieur/Bauchmeter
M Shore A	M Shore D

# REFERENZBLÖCKE



## MERKMALE



Geprüfte Qualität mit  
DAkkS- oder Werkskalibrierschein

Einzeln, 3er- oder  
6er-Satz

## TECHNISCHE DATEN

- ↗ **Maße** Metallfassung Durchmesser 50 mm oder Durchmesser 30 mm; abhängig von der Methode
- KG **Gewicht** 1 er Set: 0,1 kg  
3 er Set: 0,4 kg  
6 er Set: 0,6 kg

## LIEFERUMFANG

- Referenzblöcke in Metallfassung  
Etui mit Toleranzangabe  
DAkkS-Kalibrierschein  
Bedienungsanleitung

## HINWEIS

Zur einfachen Kontrolle des Messwegs der Handhärteprüfgeräte HP, HPE III Basic und HPE III nutzen Sie die praktischen Kontrollringe aus Metall.

MADE IN GERMANY SINCE 1954.

Bareiss Prüfgerätebau GmbH

DAkkS-Kalibrierlaboratorium

Breitweg 1

89610 Oberdischingen, Germany

Tel +49 (0) 7305 / 96 42-0

Fax +49 (0) 7305 / 96 42-22

[sales@bareiss.de](mailto:sales@bareiss.de)

 bareiss.de

 Facebook

 LinkedIn

 [www.bareiss.tv](http://www.bareiss.tv)



 **DAkkS**  
Deutsche  
Akreditierungsstelle  
D-K-15206-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Laboratorium. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-K-15206-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.